

ART. 01286-00

MiniFIX - 10 µl

IVD



QUANTITY PCS 1

LOT 01



2005/08



2010/08

QUANTITY CERTIFICATE/
CERTIFICATO DI QUALITÀ

Test volume/ Volume testato: 10 µl

Accuracy / Accuratezza: 1.0%

CV: 1.0%

Date/ Data: 8/23/05



Product of:

Kartell SpA

via delle Industrie, 1-20082 - Noviglio (MI)

Tel. +39 02 900121

Kartell